

Numer zapytania	Z89/6/1
Tytuł zapytania	Dygestorium betonowe chemoodporne do pracy ze stężonymi kwasami i wysoką temperaturą
Kupiec prowadzący:	Lazaj, Sylwester
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-07-19 08:31:28
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-07-19 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-08-01 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-07-25 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę Dygestorium betonowe chemoodporne do pracy ze stężonymi kwasami i wysoką temperaturą

1. Ogólna charakterystyka środowiska pracy:
 - dygestorium będzie narażone na stężone kwasy typu HCl, H₂SO₄, HNO₃.
 - w dygestorium będą zainstalowane płyty ceramiczne typu CERAN, których blaty osiągną temperaturę 300oC, na których kwaśne próby będą odparowywane do sucha.
2. Wymiary dygestorium
 - szerokość: 1200 ÷1250mm,
 - głębokość: 900÷950mm,
 - wysokość: 2300÷2450mm.
3. Materiał dygestorium
 - zewnętrzne ściany komory roboczej wykonane z litego betonu,
 - dygestorium nie zawiera w swojej konstrukcji: stali czarnej/ocynkowanej, drewna, tworzyw innych niż PP (nie dotyczy maskownic bocznych, przeciwwagi okna, instalacji elektrycznej),
 - komora wewnętrzna dygestorium wyłożona ceramiką wielkoformatową o grubości nie mniejszej niż 8mm i wymiarach nie mniejszych niż 700x700mm.
4. Błat
 - blat lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem dookoła,
 - zlewik w blacie w okolicy tylnej ściany.
5. Przeszklenia boczne:
 - NIE
6. Okno dygestorium
 - blokada okna na wysokości 50cm.
7. Przyłącze do wentylacji dygestorium:
 - Ø200mm, usytuowane w suficie dygestorium.
8. Wentylowana chemoodporna szafka pod blatem, wykonana z PP.
9. Oświetlenie
 - Tak - IP 65.
10. Media
 - kanalizacja zlewika Ø50mm,
 - dwa gniazda elektryczne 240V/16A; umiejscowione od frontu, na zewnątrz pod blatem,
 - inne media typu woda, gaz, sprężone powietrze- NIE.
11. Czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją akustyczną - TAK.
12. Wyposażenie dodatkowe:
 - Dwie płyty grzewcze CERAN 500 22A; 3000W, 240V
13. Dodatkowo skrócenie istniejącej szafki z blatem.
 - Nowe dygestorium zastąpi obecne dygestorium. Dygestorium znajduje się pomiędzy ścianą, a szafką z blatem. Ażeby nowe dygestorium zmieściło się w obecny ciąg zabudowy, szafka musi być skrócona (blat i ewentualnie konstrukcja).

- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany z fabrycznie nowych materiałów.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela

- Sebastian Byczek - tel.: 512 403 470

- Waldemar Pietrek - tel.: 512 403 413

- Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459,

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

1. cenę netto za dostawę wraz z kosztami montażu.
2. baza dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010
3. termin dostawy,
4. warunki płatności,
5. warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE

pod adresem: <https://hcm.logintrade.net/> wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia. 01.08.2024r godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Kopia: HPZ

opracował: Sylwester Lazaj

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zapytanie ofertowe_Dygestorium betonowe chemoodporne.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dygestorium betonowe chemoodporne do pracy ze stężonymi kwasami i wysoką temperaturą		1	komplet	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Koszt montażu po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Termin realizacji
2.	Warunki gwarancji
3.	Ważność oferty

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie